

Warszawa, dnia 23.06.2026r.

Odpowiedzi na zapytania do postępowania
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.06.2026 r.:

Pytanie nr 1.

1. Dotyczy SWKO, rozdział V., punkt 2, podpunkt 1)

Prosimy o potwierdzenie, iż Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość przedłożenia zaświadczenia o wpisie do rejestrów podmiotów leczniczych zamiast pełnego wpisu do rejestrów/ na którym podany jest numer naszej księgi rejestrowej, w związku z faktem, iż księga rejestrowa opiewa na ponad 900 stron, a aktualna treść księgi rejestrowej zawsze dostępna jest dla Udzielającego zamówienia na rządowej stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Odp.: Udzielający zamówienia dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert na dzień 30.06.2026 r. Dodatkowy czas pozwoli nam na dokładniejsze zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i przygotowanie oferty z należytą starannością, co może przyczynić się do przedstawienia propozycji korzystniejszej cenowo.

Odp.: zgodnie z SWKO

Pytanie nr 3.

Prosimy o potwierdzenie, iż w załącznikach cenowych zał. nr 1 należy uzupełnić jedynie ceny, oraz koszty całkowite. Informacje o czasach, metodach oraz materiałach są uzupełnione przez Zamawiającego i nie należy w te kolumny ingerować.

Odp.: Udzielający zamówienia potwierdza.

Pytanie nr 4.

Proszę o potwierdzenie, iż w załącznik nr 1 a - do wyliczenia kosztu całkowitego należy dodać ilości badań pilnych oraz rutynowych.

Odp.: Udzielający zamówienia potwierdza.

Pytanie nr 5.

Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy tłumaczyć certyfikatów kontroli zewnątrz-laboratoryjnej

Odp.: Udzielający zamówienia potwierdza – w odniesieniu do mikrobiologii zgodnie z SWKO.

Pytanie nr 6.

Prosimy o określenie czasu zakończenia inwestycji. Kiedy można spodziewać się przekazania docelowej lokalizacji . Jest to niezbędna informacja do oszacowania kosztów .

Odp.: Zakładany czas zakończenia inwestycji - do 31.10.2026r.

Pytanie nr 7.

Jaki stan techniczny docelowych pomieszczeń otrzyma Wykonawca. Proszę o szczegółowy opis. Dane te są niezbędne do prawidłowego oszacowania kosztów.

Odp.: Stan techniczny docelowych pomieszczeń przekazanych Wykonawcy będzie zgodny ze stanem okazanym w trakcie wizji lokalnej. W trakcie wizji zostały zgłoszone dwie usterki, w omawianych pomieszczeniach – usterki zostaną usunięte przez udostępnieniem pomieszczeń (odpowiedzi na pytania z 19.06.2026)

Pytanie nr 8.

Pytanie dotyczy punktu pobrań w lokalizacji wstępnej i docelowej — czy w związku w prowadzonymi inwestycjami jak i po ich ukończeniu do punktu pobrań będzie swobodny dostęp dla pacjentów z spoza szpitala.

Odp.: Udzielający zamówienia nie planuje ograniczać dostępu do punktu pobrań.

Pytanie nr 9.

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące badań zgodnie z załącznikiem

Odp.:

Nazwa badania	Załącznik nr 1a	Odpowiedzi Udzielającego Zamówienie
Kal - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17)	Proponujemy badanie jakościowe, czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza
Kal - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13)	Proponujemy badanie p/c w klasie IgA, IgM i IgG metodą ELISA z surowicy, czy zamawiający wyraża zgodę?	zgodnie z SWKO
Gazometria pełna (Hct, Hb, sO2) (ICD-9: O29)	Badanie jest wysoce niestabilne, możliwe do wykonania tylko na aparacie do RKZ w ciągu 30min od pobrania materiału	Udzielający Zamówienia wymaga wykonania badania w laboratorium w siedzibie Udzielającego zamówienia w ciągu 30 minut od pobrania materiału
Wapń zjonizowany (ICD-9: O75)	Proponujemy wapń zjonizowany obliczony, czy zamawiający wyraża zgodę?	zgodnie z SWKO
Test obciążenia żelazem (ICD-9: O95)	Prosimy o doprecyzowanie ile składników miałyby być badane. Proponujemy jedno oznaczenie	Udzielający Zamówienia wymaga 5 oznaczeń
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w PMR, 18 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo	Proponujemy badanie: Wykrywanie mat. gen. wirusów: HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6, HHV7, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, enterowi. Czy zamawiający wyraża zgodę?	zgodnie z SWKO
Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.) (ICD-9: 90.92) Posiew w kierunku Salmonella Shigella - badanie z identyfikacją bakterii (w tym identyfikacja w Stacji San-Epid) i z oznaczeniem lekowrażliwości	Proponujemy badanie wysyłane do Sanepidu. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza
Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC) (ICD-9: 91.831)	Standardowo dla tej pozycji nie oznacza się oporności na antybiotyki. Czy klient poniesie dodatkowe koszty wykonania badania ETEST określające MIC antybiotyków?	zgodnie z SWKO
Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. Automatyczną Posiew w kierunku prątków gruźlicy met. automatyczną - z uwzględnieniem metody konwencjonalnej, preparatu, identyfikacji oraz lekowrażliwości	Prosimy o doprecyzowanie czy identyfikacja ma obejmować również identyfikację prątków atypowych, a lekowrażliwość ma obejmować także lekowrażliwość poszerzoną?	Udzielający Zamówienia dopuszcza
posiew w kierunku Clostridioides difficile oraz wykrywanie toksyn A i B	Standardowo dla tej pozycji nie oznacza się oporności na antybiotyki. Czy klient poniesie dodatkowe koszty wykonania badania ETEST określające MIC antybiotyków?	zgodnie z SWKO
Posiew mieszaniny do żywienia pozajelitowego - badanie z identyfikacją bakterii i grzybów i z oznaczeniem lekowrażliwości	Proponujemy badanie: Badanie jałowości produktu przeznaczonego do żywienia pozajelitowego. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza
Przeciwciała odpornościowe - test przesiewowy (E83)		brak zapytania
Badanie epidemiologiczne (ICD-9: 91.831)	Prosimy o doprecyzowanie zakresu badania. Proponujemy badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni z identyfikacją	Udzielający Zamówienia dopuszcza
Gentamycyna, ilościowo (ICD-9: T30)		brak zapytania
oznaczenie stężenia aminoglikozydów	Proponujemy Gentamycynę. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza
	Załącznik nr 1b	
Barbiturany w surowicy (P13)	Proponujemy badanie z moczu. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza
	Załącznik nr 1c	
P/c. p. kardioliipin w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	Wykonujemy badanie metodą CLIA. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza
P/c. p. kardioliipin w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	Wykonujemy badanie metodą CLIA. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza
P/c przeciw MOG i akwaporynie-4 met.CBA	Badanie wykonujemy metodą immunofluorescencji. Czy zamawiający wyraża zgodę?	zgodnie z SWKO
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wykrywanie 13 patogenów	Proponujemy badanie; Wykrywanie mat. gen. wirusów: HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, HHV6, HHV7, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, enterowi. Czy zamawiający wyraża zgodę?	Udzielający Zamówienia dopuszcza

Udzielający zamówienia informuje jednocześnie, że obowiązywanie obecnie zawartej z podmiotem zewnętrznym umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej zostało przedłużone do dnia 12 lipca 2026 r. lub do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w zależności które z powyższych nastąpi wcześniej.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP

Tomasz Kopiec

